

	PARECER TÉCNICO	Nº	FOR-ENG-018	
		Data:	2024	
	Requisito da ISO 9001:2015	Rev.	00	

Empresa: WTECHMEDICAL
Parecer técnico: 2024-009
A/C: Ao Hospital do Tricentenário

REF: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024
Covênio nº 950119/2023

Objetivo:

O presente relatório tem por objetivo expressar as justificativas solicitadas referente ao processo de aquisição de Ventilador Pulmonar referente a ATA DE JULGAMENTO DO EDITAL DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PRÉVIA DE PREÇOS N 007/2024.

(No Item 01 - (No Item 02 - (06 Unid. - Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico); a empresa BIO INFINITY COM. HOSPITALAR E LOC EIRELI – CNPJ Nº. 03.679.808/0002-16; ofertou o menor preço; Porém esta Instituição optou em adquirir o citado equipamento através da empresa NORDESTE MEDICAL REP. IMP. E EXP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA EPP – CNPJ Nº. 20.782.880/0001-02).

Justificativa: O equipamento ofertado pela empresa BIO INFINITY possui tecnologia não usual pela equipe médica, o que pode vir a ocasionar problemas de aceitação e riscos de operação. O equipamento ofertado pela NORDESTE MEDICAL, possui assistência técnica local e apoio para acompanhamento de operação.

Olinda, 16 de Outubro de 2024.


Gerson Alves da Cruz Júnior
 Engenheiro Eletricista / Eletrônico
 CREA - AL 020003383-0
 Gerente Operacional
 Wtechmedical