

	PARECER TÉCNICO	Nº	FOR-ENG-018	
		Data:	2024	
	Requisito da ISO 9001:2015	Rev.	00	

Empresa: WTECHMEDICAL
Parecer técnico: 2024-0010
A/C: Ao Hospital do Tricentenário

REF: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024
Covênio nº 950119/2023


Objetivo:

O presente relatório tem por objetivo expressar as justificativas solicitadas referente ao processo de aquisição de Mesa Cirúrgica referente a ATA DE JULGAMENTO DO EDITAL DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PRÉVIA DE PREÇOS N 007/2024.

(No Item 04 – (01 Unid. - Mesa Cirúrgica Elétrica); a empresa MEDIFFAR PROD. P/SAÚDE LTDA – CNPJ Nº. 07.540.203/0001-10; ofertou o menor preço; Porém esta Instituição optou em adquirir o citado equipamento através da empresa OQTIS IND. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA – CNPJ Nº. 47.806.382/0001-09).

Justificativa: O equipamento ofertado pela empresa MEDIFFAR não possui a angulação necessária utilizada pelo cirurgião, optando este pelo equipamento ofertado pela empresa OQTIS.

Olinda, 16 de Outubro de 2024.


Gerson Alves da Cruz Júnior
 Engenheiro Eletricista / Eletrônico
 CREA - AL 020003383-0
 Gerente Operacional
 Wtechmedical