

ORDEM DE FORNECIMENTO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021

OBJETO: aquisição de 01 (um) veículo automotor novo, 0 Km, tipo furgão, adaptado para ambulância TIPO D – UTI de suporte avançado destinado ao Hospital Regional Ruy de Barros Correia, localizado na cidade de Arcoverde-PE, através de recursos financeiros provenientes Contrato de Gestão nº 001/2016.

À EMPRESA:

VIA SUL VEÍCULOS S/A

CNPJ/MF nº 40.841.736/0002-98,

Av Professor José dos Anjos, 1775, Bairro Arruda, Recife – PE, CEP 52110-130.

Pelo presente e na forma do termo contratual firmado em 06 de janeiro de 2022, venho pela presente solicitar que seja providenciado o fornecimento do veículo abaixo, o qual deve ser fornecido no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data de recebimento desta ordem:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO, 0 KM, TIPO FURGÃO, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA TIPO D – UTI DE SUPORTE AVANÇADO - Ano/modelo: 2021/2021 ou superior, com cap. Vol. não inferior a 12 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend. 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra line ar ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de	UNID	01	R\$ 263.000,00	R\$ 263.000,00

8

pot. Mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de radiocomunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula préregulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm² e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ O₂ e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre, com 2 pegamão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. De suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproxim. 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com

8

uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros. MARCA: DUCATO MAXICARGO AMBULÂNCIA 2021				
--	--	--	--	--

OBS: O objeto desta licitação deverá ser entregue pela licitante vencedora, por sua conta, risco e expensas, no local e endereço indicado pela CONTRANTE.

Quanto à emissão da nota fiscal, a mesma deverá ser em nome da SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE (SES/PE) – CNPJ nº 10.572.048/0001-28, com endereço na Rua Maria Augusta Nogueira, nº 519 – Bongi, Recife – PE, CEP 50.751-530.

Olinda, 26 de janeiro de 2021.



GIL MENBONÇA BRASILEIRO
Gestor Administrativo-Financeiro